ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Доброволно изтегляне на продукт

НЕ СА установени случаи на оплаквания и няма потвърдени инциденти.

CooperVision® Hy-Care® мултифункционален разтвор за контактни лещи

Бяхме уведомени от производителя CooperVision за доброволното изтегляне на мултифункционален разтвор за контактни лещи Hy-Care® (60ml, 100ml, 250ml, 360ml и 380ml).

При провеждането на тестове за контрол на качеството, производителят е установил, че при някои обстоятелства, продуктът не предлага нужните нива на дезинфекция при високи нива на конкретни бактерии. Въпреки че **НЕ СА установени случаи на оплаквания** и няма потвърдени инциденти, свързани с незадоволителна дезинфекция, този факт е от голямо значение за CooperVision.

В най-скоро време производителят ще създаде специален уебсайт, в който потребителите на този продукт ще могат да получат повече информация и начини за компенсация или замяна. Дотогава, моля, преустановете употребата на мултифункционален разтвор Hy-Care® като запазите разфасовката.

Оценяваме съдействието Ви и се извиняваме за причиненото неудобство.

Следете за актуална информация и на www.uvibg.com

София, 11.02.2022г.